



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4259 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90 ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ</p>	<p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4340 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1,20Μ X 1,20Μ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Χρώματος μπλε. Συνθετικό 5 στρωμάτων, βάρους 50g/m2, υψηλής αντοχής, αδιάβροχο, μαλακό, να μην σκίζεται (κατάλληλο για τη συσκευασία βαρειών αντικειμένων), μη τοξικό, με συμπεριφορά υφάσματος (Non Woven). Διάρκεια αποστείρωσης 2 μηνών. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.</p>	<p align="center">5.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4659 ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ</p>	<p>1. Να είναι συμβατό με το πλυντήριο του Νοσοκομείου (GETINGE ""S 228""). 2. Να βοηθά στο στέγνωμα των χειρουργικών εργαλείων. 3. Να έχει ουδέτερο pH. 4. Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο. 5. Να δοθεί η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια. κ.λ.π.) ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.</p>	<p align="center">15 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4674 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</p>	<p>1. Να είναι συμβατό με το πλυντήριο του Νοσοκομείου (GETINGE ""S 228""). 2. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο και να ενδείκνυται για την πρόληψη έναντι prions. 3. Να μην περιέχει αλδεΐδες, χλώριο και φαινόλες. 4. Να έχει αλκαλικό pH >11 για ισχυρή καθαριστική δράση. 5. Το καθαριστικό και απολυμαντικό αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 60 C. 6. Να δοθεί η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια. κ.λ.π.) ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.</p>	<p align="center">80 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4776 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Χ10 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά, αυτοκόλλητα, διάτρητα με απορροφητική γάζα. Διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα τραυμάτων με απορροφητικό στρώμα στο μέσον του που δεν κολλά στο τραύμα. Διαστάσεις: 10cm X 10cm +/-1cm</p>	<p align="center">10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">5904 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΗΝΔΡ/ΣΗΣ</p>	<p>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΗΝΔΡ/ΣΗΣ</p>	<p style="text-align: center;">8.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">7456 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20ΕΚ</p>	<p>Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Διαστάσεις: 20cm X 20cm +/-1cm.</p>	<p style="text-align: center;">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">7488 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</p>	<p>Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους-απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος, όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις: 19cm X 20cm +/-2cm.</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">7869 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 13Χ55ΜΜ</p>	<p>1. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.2. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.3. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΑΝΙ.4. ΝΑ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ.</p>	<p style="text-align: center;">240 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p align="center">8483 ΑΜΝΙΟΧΟΥΚ ΙΣΧΥΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΘΥΛΑΚΙΟΥ</p>	<p>ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ. ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ.</p>	<p align="center">1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">30065 ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ</p>	<p>ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ</p>	<p align="center">6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">31048 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</p>	<p align="center">120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">31049 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ</p>	<p align="center">120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">31051 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>	<p align="center">120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">31899 ΔΙΑΦΑΝΕΣΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΑΞΙΔΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων. Αντιμικροβιακό συνδυασμού διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας με ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη.</p>	<p align="center">150 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">32228 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ</p>	<p>Σε μορφή spray χωρίς έντονη οσμή. Να εξατμίζεται εύκολα και γρήγορα. Σε συσκευασία έως 500ml.</p>	<p align="center">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p align="center">34678 ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150MM X 200M</p>	<p>ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150MM X 200M</p>	<p align="center">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

<p style="text-align: center;">40885 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ</p>	<p style="text-align: center;">ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ Η DACRON</p>	<p style="text-align: center;">200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">42717 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΩΝ 12ML ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p style="text-align: center;">ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΩΝ 12ML ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/09/2023 και ώρα:13.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη