



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<p>5494 ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ CRAP BOUSSIGNIAC ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Μ.Χ.</p>	<p>ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ . ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ - LATEX FREE DEHP FREE ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.</p>	<p>12 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>6401 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BUBLE 7X10</p>	<p>ΟΧΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50Μ</p>	<p>1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>7364 ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ (ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)</p>	<p>" Ο μάντας θα πρέπει να κινείται ελεύθερα διαμέσου της αγκράφας προκειμένου να προσαρμόζεται εύκολα ώστε να διευκολύνεται ο αιμολήπτης και να νοιώθει άνετα ο ασθενής. " Η αγκράφα να φέρει δύο πλαϊνά κομβία για εύκολη ελευθέρωση του κουμπώματος με ένα χέρι. " Να πλένεται στους 90°C " Να είναι ανθεκτική σε απολύμανση με χλώριο.</p> <p>ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ</p>	<p>100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>8242 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΤΩΝ 21G</p>	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΤΩΝ 21G</p>	<p>15.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>30727 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</p>	<p>72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>32002 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SPROTTE ΝΟ25 (88ΜΜ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ</p>	<p>ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ RENCIL-POINT(SPROTTE). Η ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΑ ΜΗΝΙΓΓΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΤΕΜΝΕΙ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ Η ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΤΟΥΝ</p>	<p>75 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΥΤΗ ΒΟΗΘΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ.</p> <p>Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΓΚΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.</p> <p>ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΑΒΗ.</p> <p>ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.</p> <p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ.</p> <p>ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΛΥΓΙΣΜΑ ΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.</p> <p>ΜΕ ΟΔΗΓΟ.</p>	
<p>32032 ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 3 LT</p>	<p>ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ, ΑΘΡΑΥΣΤΟ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 3L</p>	<p>200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>34945 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΝΟ 14</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ(2) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ</p>	<p>200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>37519 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15CM ΜΗΚΟΣ 22F-22M)</p>	<p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15CM ΜΗΚΟΣ 22F-22M)</p>	<p>1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>41990 FINAL FILTER SET 1,2 MIC WITH EXTENSION TUBE PRIME</p>	<p>FINAL FILTER SET 1,2 MIC WITH EXTENSION TUBE PRIME</p>	<p>50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>41991 SYRINGE FILTER 25MM WITH 0,2MM SUPOR MEMBRANE</p>	<p>SYRINGE FILTER 25MM WITH 0,2MM SUPOR MEMBRANE</p>	<p>50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>41992 ΒΕΛΟΝΕΣ 18G X1 1/2 (1,2X 40MM)</p>	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ 18G X1 1/2 (1,2X 40MM)</p>	<p>50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">43631 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΝΙΗΟΝ ΚΟΔΕΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ BSM3763</p>	<p style="text-align: center;">ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ BSM3763 ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ</p>	<p style="text-align: center;">1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/10/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη