



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4261</p> <p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝ.90Χ45 ΚΑΙ ΑΥΤ/ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝ. 60Χ45CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10ΤΕΜ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ</p> <p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΤΟΥΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>	<p align="center">100</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4874</p> <p>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΕDΤΑ Κ2 ΚΑΙ ΕDΤΑ Κ3 ΤΩΝ 2ΜL ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75 ΜΜ</p>	<p>-ΦΙΑΛΙΔΙΑ <<ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ>>,ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ -ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: CE,LOT,REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. -ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ: 13 X 75 mm. -ΠΩΜΑ: ΠΙΕΣΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 cm -ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 ml -ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ: ΕDΤΑ Κ2 [spray-coated Κ2ΕDΤΑ] -ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PLASTIC</p>	<p align="center">30.000</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5276</p> <p>ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ</p>	<p>Τροκάρ κοιλίας χαμηλού προφίλ, διαμέτρου 5mm και μήκους 100 mm, με βαλβίδα παροχής αέρα. Το τροκάρ να έχει λόγχη σχήματος νυστεριού, η κάνουλα να είναι ραβδωτή και διάφανη σε όλο το μήκος, με μηχανισμό σπλισμού και ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης, τεχνολογία απορρόφησης των υγρών στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας καθώς και μία ξεχωριστή κάνουλα διαμέτρου 5 mm, μήκους 100 mm, ραβδωτή - διάφανη σε όλο το μήκος.</p>	<p align="center">10</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5278</p> <p>ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/12ΜΜ</p>	<p>Τροκάρ κοιλίας χαμηλού προφίλ, διαμέτρου 5/12 mm και μήκους 100 mm, με βαλβίδα παροχής αέρα. Το τροκάρ να έχει λόγχη σχήματος νυστεριού, η κάνουλα να είναι ραβδωτή διάφανη σε όλο το μήκος, με μηχανισμό σπλισμού και ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης, ενσωματωμένο μειωτήρα - σταθεροποιητή, τουλάχιστον 2 βαλβίδες /ελαστικά στεγανοποίησης για ελαχιστοποίηση διαφυγής CO2, τεχνολογία απορρόφησης των υγρών στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας καθώς και μία ξεχωριστή κάνουλα διαμέτρου 12 mm, μήκους 100</p>	<p align="center">10</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	mm, ραβδωτή - διάφανη σε όλο το μήκος.	
7736 ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40CM	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40CM	10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
33861 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
34416 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΝΟ 4	Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 40 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36549 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΝΟ 1	Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 40 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36550 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΝΟ 6	Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36551 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΝΟ 8	Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος . Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36631 ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN SE - 1201 ΚΩΔ.01-57-106902	10-ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN modei SE-1201	2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
37083 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΚΥΤΙΟ Μ.Χ	ΚΥΤΙΟ Μ.Χ 1,2 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΛΗΞΗ.	18 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

<p>37233</p> <p>ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΑΥΟ-HEGAR 20CM - 8''</p>	<p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ</p>	<p>6</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>40530</p> <p>ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GENERAL ELECTRIC AVANCE C52 DFENA PRO</p>	<p>ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GENERAL ELECTRIC AVANCE C52 DFENA PRO</p>	<p>40</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>41282</p> <p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΑΓΩΓΩΝ (6) ΓΙΑ ΗΚΓ ΜΙΟΥΔΡΑΥ ΒΕΥΕ HEART R12</p>	<p>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Κ/Δ</p>	<p>3</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>42707</p> <p>ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ</p>	<p>ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X230 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 SEC ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2,4L ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΙΑΝΕ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ.</p>	<p>80</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>42712</p> <p>ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100MM X 100M ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p>" Ρολά αποστείρωσης κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο πλάσματος. " Κατασκευασμένα από Tyvek? βάρους ?75gr/m2 και φιλμ πολλαπλών στρωμάτων. " Η συγκόλληση μεταξύ Tyvek και φιλμ στις άκρες να είναι τουλάχιστον τριών σειρών. " Να φέρει δείκτη αποστείρωσης στις πλαινές επιφάνειες μεταξύ χαρτιού και πλαστικού με δείκτη κατεύθυνσης ανοίγματος για το σωστό άνοιγμα του ρολού. " Να μην σχίζεται το χαρτί, να μη θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει ρινίσματα κατά το άνοιγμα μετά την αποστείρωση. " Να εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 11607-1 και EN 868- 5. " Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής -λήξης και ο αριθμός παρτίδας. " Να διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 75, 100, 150, 200, 250, 300mm και</p>	<p>4</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>μήκους 70 -100 μέτρα. " Να γίνεται αναφορά στο μήκος του ρολού και να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση και η τιμή ανά μέτρο. " Να κατατεθεί για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN,ISO), αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001 & ISO 13485.</p>	
<p>43648 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ OMRON M2 BASIC ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ</p>	<p>ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ OMRON M2 BASIC ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ</p>	<p>5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>43663 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ BIOCARE IM8 MODEL</p>	<p>ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ BIOCARE IM8 MODEL</p>	<p>2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/11/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη