



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>	<b><u>Ποσότητα :</u></b> ΤΕΜ.
<p align="center"><b>5155</b> ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ</p>	<p align="center">ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ</p>	<p align="center"><b>10</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5320</b> ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΥΣΤΕΩΣ No 12</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 3-15ml, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 8-16Ch, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40cm.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ.</p>	<p align="center"><b>5</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5321</b> ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΥΣΤΕΩΣ No 14</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 3-15ml, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 8-16Ch, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40cm.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ.</p>	<p align="center"><b>5</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5996</b> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5Χ30CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ. ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ·ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ</p>	<p align="center"><b>50</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>6606</b> ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</p>	<p>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ.ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΒΑΛΟΥΝ ΙΝΕΣ ΣΚΟΝΗΣ.ΜΕ ΟΠΕΣ Η ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ Ο ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΙΣΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.ΝΑ ΔΙΑΧΕΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΡΥΠΩΝ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΗ ΚΑΙ</p>	<p align="center"><b>100</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16CFR1610, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΛΑΤΕΧ-ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΕΩΣ 6KG ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 28X39X24 ΕΚ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18Μ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ALARM ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΑΘΟΥΡΥΒΕΣ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 218X125ΕΚ +-5ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΗ NON WOVEN ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΧΕΟΥΝ ΙΣΟΜΕΡΩΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΗ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΩΣΤΕ Η ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ 6Kg ΑΘΟΥΡΥΒΟ 50 DECIBEL ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ Η ΚΡΕΒΑΤΙ .ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ΟΛΟΣΩΜΗ -ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΜΑΦ.</p>	
<p><b>7233</b> ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ</p>	<p>ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ</p>	<p><b>150</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>30788</b> ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>	<p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.</p>	<p><b>200</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;"><b>37927</b> ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: SMALL</p>	<p>Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης χωρίς πούδρα. 1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ. 2. Με περικόρπια ταινία. 3. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. 4. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 5. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. 6. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). 7. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. 8. Να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΥ7/2480/1994. 9. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής. 10. Να διατίθεται στα μεγέθη small 11. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	<p style="text-align: center;"><b>10.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ</p>
<p style="text-align: center;"><b>38805</b> ΒΕΛΟΝΑ 16G ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ - Μ.Χ - 16G</p>	<p style="text-align: center;"><b>100</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;"><b>41088</b> ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ 18-20CM</p>	<p>Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για ανοιχτές επεμβάσεις κοιλιοκηλών με τουλάχιστον 20 κλιπ τιτανίου ή με απορροφήσιμα κλιπ, σε σχήμα διπλής άγκυρας ή ελικοειδές ή κοχλία.</p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

ΧΚ  
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ  
PG SPIRO PROGETI SRL

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/11/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα  
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια  
Ροφαέλα Ελένη