



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4916 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ Μ.Χ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ12ΜΜ ΤΩΝ 5ΜΛ</p>	<p align="center">ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑΞΗ</p>	<p align="center">20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">7003 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΙΚΗΘΝ ΚΟΗΔΕΝ CARDIOLIFE ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 110CM ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 5CM ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΗΛΕΚΤΟΔΙΩΝ 15CM ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ΜΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ, Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.</p>	<p align="center">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">8028 ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης με πούδρα.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ. 2. Με περικάρπια ταινία. 3. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. 4. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 5. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. 6. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). 7. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. 8. Να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την _Y7/2480/1994. 9. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) 	<p align="center">100.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>10. Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large.</p> <p>11. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	
<p>21106 ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ</p>	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ .</p>	<p>20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>30605 ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MILLER ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ</p>	<p>ΜΕΓΕΘΗ 0 4ΤΕΜ 00 4ΤΕΜ 000 4ΤΕΜ</p>	<p>12(4+4+4) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>32034 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF ΝΟ3,5</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE.ΝΑ ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.</p>	<p>30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>35618 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΤΕΡΙΚΗ) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ</p>	<p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΤΕΡΙΚΗ) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25%.</p>	<p>20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>36189 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (290MM) ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7,5</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm με πούδρα μεγέθη από 6 έως 8 1/2. 1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό</p>	

	<p>ελαστικό λάτεξ.</p> <p>2. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού</p> <p>3. Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.</p> <p>4. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια.</p> <p>5. Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/ΦΕΚ 2198/τ.Β'/2009, η οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο.</p> <p>6. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.</p> <p>7. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)</p> <p>8. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p> <p>9. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.</p> <p>10. Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.</p> <p>11. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής.</p> <p>12. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>13. Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.</p> <p>14. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.</p>	<p>10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>36511 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ</p>	<p>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ</p>	<p>10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>39134 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ NO 2 ΜΕ CUFF</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ NO 2 ΜΕ CUFF</p>	<p>10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">43148 ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ</p>	<p style="text-align: center;">ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">43149 ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">43150 ΣΠΡΕΥ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε</p>	<p style="text-align: center;">ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε, ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ.</p>	<p style="text-align: center;">2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/11/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη