



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p><b>7347</b> ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΤΧ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ</p>	<p>1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ: 100 ΤΜΧ 2. ΒΡΕΦΙΚΑ: 100 ΤΜΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.</p>	<p><b>200</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>32048</b> ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ2,5</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Ρ.Υ.Σ. DEHP-FREE ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ), ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΝΑ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ CUFF. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 2CM ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, DEHP FREE ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΕΣ.-ΕΦ. ΔΙΑΜ. 2,5mm-3,5mm</p>	<p><b>60</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>34679</b> ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 200MM X 200M</p>	<p>ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 200MM X 200M</p>	<p><b>10</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>36022</b> ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ2</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ2</p>	<p><b>60</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>38805</b> ΒΕΛΟΝΑ 16G ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΠΗ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ - Μ.Χ - 16G</p>	<p><b>100</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>43977</b> ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡ-ΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑ-ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,50X10CM</p>	<p>" Απορροφήσιμη πυκνούφασμένη αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη και να μη χρειάζεται ψυγείο. " Να μπορεί να συρραφεί στον ιστό. " Να είναι βακτηριοκτόνος για τους πιο κοινώς απομονωθέντες μικροοργανισμούς σε ΛΧΠ, και για</p>	<p><b>500</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeoregenes, S. aureus, S. Epidermidis, καθώς και να ποσοτικοποιείται η δράση σε επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για τους σημαντικότερους αυτών.</p> <p>" Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση.</p> <p>" Ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι να είναι κάτω των 10λεπτών σύμφωνα με προκλινικές ή κλινικές μελέτες.</p> <p>" Να κολλάει πάνω στους ιστούς που αιμορραγούν και να αφαιρείται χωρίς να τραυματίσει ή να προκαλέσει ξανά αιμορραγία.</p> <p>" Να διατηρείται ακέραη σε υγρό περιβάλλον.</p> <p>" 7,5Χ10 εκατοστά.</p>	
--	--	--

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/12/2023 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα  
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια  
Ροφαέλα Ελένη