



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση**, όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p align="center">4244 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ</p>	<p>ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.</p> <p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ</p> <p>ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ</p> <p>ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 180Χ320ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ 6 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 	<p align="center">30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">4954 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΛΕΥΡΕΝΑC ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500ML</p>	<p>ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ</p>	<p align="center">5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">5994 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5Χ750CM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ. ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ·ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 	<p align="center">50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">21465 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 12</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ,2 ΟΔΩΝ(2WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΙΕΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ν012.</p>	<p align="center">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center">22003 ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 32 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)</p>	<p>ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟ 32 (ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧ. ΘΩΡΑΚΟΣ)</p>	<p align="center">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">30925</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 20 ΧΙΛ</p>	<p>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;">144</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">30933</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ</p>	<p>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;">168</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">31029</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ.</p>	<p>Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;">168</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">36790</p> <p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL 12ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ</p>	<p>SET ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ PIG-TAIL 12ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ 5CM, ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ TERUMO</p>	<p style="text-align: center;">20</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	STIFF 0,035 ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 150CM . CH/FR 6/24 ΚΑΙ 6/26	
39344 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X115CM ΠΕΡΙΠΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> ·ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ. ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ·ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 	30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40865 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ	<p>ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ</p> <p>100% ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ)</p> <p>ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩ ΤΟΥ >99,999%</p> <p>ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV, ΤΟΥ ΙΟΥ HC, ΤΟΥ BACTERIOPHAGE ms2, ΤΟΥ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ΤΟΥ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, ΤΗΣ PSEUDOMONAS SPP, SERRATIA MARCESENS.</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ PRIONS(prp)</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ S.A.R.S</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <p>-100% ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ Ως ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΘΕΝΗ), ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.</p> <p>-ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ, ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ</p>	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	<p>ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. -ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. -ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 22Μ/15F-22F/15Μ -ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ: <35ml -ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 26g -ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΗΣ: 1,5cmH2O ΣΤΑ 30L/min -ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ 30,6ml/L ΓΙΑ TV:500ml/min -ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ -ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ 24h -ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ</p>	
<p>41143 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟ OXYLOG 3000 PLUS</p>	<p>ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟ OXYLOG 3000 PLUS</p>	<p>20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>42732 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ</p> <p>Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΜΗΚΟΣ >= 270 CM 2. ΟΓΚΟ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ <=25ML 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE 4. ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ 5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ 6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ >=72 ΩΡΕΣ <p>ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.</p> <p>ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.</p>	<p>300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>42956 ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ</p>	<p>ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5CM ΑΣΠΡΟ.</p>	<p>500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">44035 STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΜΦΑΛΟΥ</p>	<p style="text-align: center;">ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΟΣ ΟΜΦΑΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 75%. ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 STICK</p>	<p style="text-align: center;">4 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
--	--	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 06/02/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

Η Συντάξασα
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια
Ροφαέλα Ελένη