



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>	<b><u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u></b>
<p align="center"><b>5168</b> ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ7ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων. Να είναι από διάφανο φιλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Διαστάσεις: 7cm X 8,5cm +/-2cm.</p>	<p align="center"><b>30.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5559</b> ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 25ML</p>	<p>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν., ΤΗΣ Μ.Ε.Θ, ΤΟΥ Τ.ΕΠ. ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ.Ε.</p>	<p align="center"><b>30.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5980</b> ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ</p>	<p>ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΕΓΑΝΑ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν., ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.,ΤΟΥ Τ.ΕΠ.</p>	<p align="center"><b>15.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>6325</b> ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LMA</p>	<p>ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ LMA FASTTRACH -TM ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΝΟΥΜΕΡΑ 3-4-5</p>	<p align="center"><b>6</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>6963</b> ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΗΡΟΥ LARGE</p>	<p>Αντιθρομβωτικές κάλτσες μηρού L</p>	<p align="center"><b>200</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>7523</b> ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 100%</p>	<p align="center"><b>1.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p align="center"><b>7891</b>          ΓΥΨΟΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15          ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.          Διαστάσεις: 15cm X 2m +/-1cm X +/-10%.</p>	<p align="center"><b>600</b>          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ          ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ          ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>7892</b>          ΓΥΨΟΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12          ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.          Διαστάσεις: 12cm X 2m +/-1cm X +/-10%.</p>	<p align="center"><b>400</b>          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ          ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ          ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>8024</b>          ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗ          ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011:          Γάντια εξεταστικά, μη αποστειρωμένα, για διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες - κυτταροστατικά (Γάντια Χημειοπροστασίας, μη αποστειρωμένα).          1. Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό υλικό χωρίς την παρουσία πούδρας.          2. Να εξαλείφουν την πιθανότητα δερματικών ερεθισμών και αλλεργικών αντιδράσεων τύπου I και να είναι τα πλέον κατάλληλα για άτομα με αλλεργία στο λάτεξ ή με υπερευαισθησία στην πούδρα. Έχουν μάζα και αντοχή μεγαλύτερη των κοινών εξεταστικών γαντιών και παρέχουν προστασία και αξιοπιστία σε καταστάσεις κινδύνου.          3. Να είναι αμφιδέξια, να έχουν ανατομικό σχεδιασμό, με μακριά μανσέτα τουλάχιστον 270mm, ανάγλυφη επιφάνεια στα ακροδάχτυλα για μεγαλύτερη αίσθηση αφής και ενισχυμένη μανσέτα με σύστημα που εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.          4. Να φέρουν σήμανση CE, να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EEC 89/686/EEC 90/128/EEC. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 455-1, -2, -3, EN 420, ASTM D6319 και του EN 374-2, -3, που αφορά την ανθεκτικότητα των γαντιών στις χημικές ουσίες και τους μικροοργανισμούς.          5. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη.          6. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	<p align="center"><b>1.000</b>          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ          ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ          ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  <b>(ΚΟΥΤΙ)</b></p>
<p align="center"><b>8029</b>          ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011:          Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης με πούδρα.          1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ.          2. Με περικάρπια ταινία.</p>	<p align="center"><b>120.000</b>          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ          ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ          ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  <b>(ΚΟΥΤΙ)</b></p>

	<p>3. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.</p> <p>4. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.</p> <p>5. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.</p> <p>6. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).</p> <p>7. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο.</p> <p>8. Να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την _Υ7/2480/1994.</p> <p>9. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>10. Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large.</p> <p>11. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>21598</b> ΣΥΡΙΓΓ.ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 27G ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΟΥ 1ML</p>	<p style="text-align: center;">ΣΥΡΙΓΓ.ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 27G ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΟΥ 1ML</p>	<p style="text-align: center;"><b>12.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;"><b>22032</b> BATERFLAY NO 23G</p>	<p style="text-align: center;">ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BUTTERFLY (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ</p>	<p style="text-align: center;"><b>5.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;"><b>31899</b> ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΧΛΩΡΑΞΙΔΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων. Αντιμικροβιακό συνδυασμού διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας με ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη. (Με σήμανση CE βάσει της κατηγορίας III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων).</p>	<p style="text-align: center;"><b>150</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;"><b>32039</b> ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF ΝΟ6</p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p style="text-align: center;"><b>50</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;"><b>34228</b> ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ(290MM) ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 6,5</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011: Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm με πούδρα μεγέθη από 6 έως 8 1/2. 1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ. 2. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού 3. Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό. 4. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια. 5. Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/ΦΕΚ 2198/τ.Β' /2009, η οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο. 6. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. 7. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας) 8. Να αναφέρεται στη συσκευασία η</p>	<p style="text-align: center;"><b>6.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ <b>(ΚΟΥΤΙ)</b></p>

	<p>ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p> <p>9. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.</p> <p>10. Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.</p> <p>11. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής.</p> <p>12. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>13. Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.</p> <p>14. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>36190</b> ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (290MM) ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 8</p>	<p>Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Π.Υ.Υ. 2011:</p> <p>Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm με πούδρα μεγέθη από 6 έως 8 1/2.</p> <p>1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ.</p> <p>2. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού</p> <p>3. Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.</p> <p>4. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια.</p> <p>5. Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/ΦΕΚ 2198/τ.Β' /2009, η οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο.</p> <p>6. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.</p> <p>7. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)</p> <p>8. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.</p> <p>9. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.</p> <p>10. Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και</p>	<p style="text-align: center;"><b>6.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ <b>(ΚΟΥΤΙ)</b></p>

	<p>στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.</p> <p>11. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής.</p> <p>12. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.</p> <p>13. Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.</p> <p>14. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.</p>	
<p><b>39749</b></p> <p>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ-ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ MONITOR/ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ</p>	<p>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ-ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ MONITOR/ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ</p>	<p><b>1</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p><b>40909</b></p> <p>ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MINDRAY BENEHEART R12</p>	<p>ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MINDRAY BENEHEART R12</p>	<p><b>1</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p><b>44326</b></p> <p>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ</p>	<p>ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.</p> <p>ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ( ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ).</p> <p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΦΘΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.</p> <p>ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.</p> <p>ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ.</p>	<p><b>100</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>44338</b></p> <p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ MONITOR ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ EDAN ELITE V6</p>	<p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ MONITOR ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ EDAN ELITE V6</p>	<p><b>12</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 20/06/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα  
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια  
Ροφαέλα Ελένη