



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>	<b><u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u></b>
<p align="center"><b>4434</b> ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ)</p>	<p>ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ)</p>	<p align="center"><b>20</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5996</b> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5Χ30CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ. ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ</p>	<p align="center"><b>50</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>7218</b> ΘΗΚΕΣ - ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90MM X 300MM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>Αυτοκόλλητες. Απλές. Ανθεκτικό χαρτί αδιαπέραστο από τα μικρόβια, βάρους περίπου 70g/m2. Μαλακές κατά τη μία πλευρά και με πλαστικό διαφανές φιλμ 4 στρωμάτων κατά την άλλη. Με ειδικό αυτοκόλλητο κλείστρο πολύ ισχυρό. Με δείκτες ατμού ευκρινούς μεταβολής. Μη τοξικές.</p>	<p align="center"><b>20.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>7715</b> ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ</p>	<p>Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέ-φρωση είτε προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές. " Μιας χρήσεως " Άκαμπτοι αδιάτρητοι Αδιαφανείς " Υψηλής πυκνότητας " Αδιαπέραστοι από την υγρασία " Μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά " Να είναι κατάλληλοι κατά UN " Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται " Να χαρακτηρίζονται με τον όρο "Αιχμηρά Απόβλητα" " Κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC) " Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον " Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής " Να έχουν κατάλληλη διάταξη</p>	<p align="center"><b>2.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>ασφαλείας ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών. Επίσης να είναι χρώματος κίτρινου με διαστάσεις χωρητικότητας 5-6 λίτρων διαμέτρου 15-17 εκατοστών, ύψους 20-25 εκατοστών.</p>	
<p><b>22803</b> ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ PEN ROSE</p>	<p>ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΑΤΕΧ, ΜΗΚΟΣ 42 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ½ ΚΑΙ ¼</p>	<p><b>1/2 20 ΤΕΜ.</b> <b>1/4 20 ΤΕΜ.</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>39743</b> ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΟΣ I-GEL ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ</p>	<p>Κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό ελαστομερές με ανατομική διασφάλιση του φάρυγγα και του λάρυγγα αποφεύγοντας τραυματισμούς-εισρόφηση</p>	<p><b>No 3 4 ΤΕΜ.</b> <b>No4 4 ΤΕΜ.</b> <b>No5 4 ΤΕΜ.</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p><b>43003</b> ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ</p>	<p>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ</p>	<p><b>60</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/07/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα  
Κατίου Ευαγγελία

Η Διοικήτρια  
Ροφαέλα Ελένη