

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>
<p>44259 ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ</p>	<p>Το διάλυμα θεικού σιδηρού είναι απαραίτητο υλικό κατά την βιοψία κόλπου και τράχηλου. Είναι διάλυμα που χρησιμοποιείται μετρά από επιφανειακές βιοψίες ως αντισηψία και αιμόσταση στο επιφανειακό τραύμα της βιοψίας.</p>
<p>44326 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ</p>	<p>Το υλικό αυτό χρειάζεται για την ασφαλή στερέωση και σταθεροποίηση των λαρυγγικών και ενδοτραχειακών σωλήνων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό.</p> <p>Προσφέρει γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη σταθεροποίηση, περιορίζοντας τις πιθανότητες για απρόβλεπτα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση ταινιών στερέωσης (δερματικές αντιδράσεις).</p> <p>Να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό αφθώδες υλικό με αυτοκόλλητη επιφάνεια που να εφαρμόζεται απευθείας και να σταθεροποιεί τη συσκευή διαχείρισης αεραγωγού στο δέρμα του ασθενούς.</p> <p>Να μπορεί να ασφαλίσει όλους τους τύπους αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργλωττιδικών συσκευών.</p> <p>Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής στερέωση.</p>