



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> <u>ΤΕΜ.</u>
20777 ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML	ΑΙΘΕΡΑΣ FL 500 ML	100  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31944 ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ	ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ	100  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32041 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF ΝΟ7 (ΕΚΕΒΥΛ 807575)	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	200  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32075 ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΕΚΕΒΥΛ 866675)	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ML ΚΑΙ 5 ΚΙΛΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΗΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ	50  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32228 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΌΛΛΑΣ (ΕΚΕΒΥΛ 514935)	Σε μορφή spray χωρίς έντονη οσμή. Να εξατμίζεται εύκολα και γρήγορα. Σε συσκευασία έως 500ml.	6  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

<p style="text-align: center;">34398 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΑΜΠΩ (ΕΚΕΒΥΛ 455665)</p>	<p>ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Ή ΒΕΒΕΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΙΕΛΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ Η ΣΚΟΝΗ(ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ)ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.</p>	<p style="text-align: center;">10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">34399 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΑΜΠΩ (ΕΚΕΒΥΛ 455671)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να περιέχει αλδεΐδες σε χαμηλή περιεκτικότητα, κάτω από 20% , για λόγους οσμής</li> <li>2. Χωρίς φορμαλδεΐδη και άλατα αμμωνίου, να είναι χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια.</li> <li>3. Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και στο ΕΜΧΠ. Να κατατεθούν αντίγραφα των καταχωρήσεων.</li> <li>4. Να δίνετε η τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση σύμφωνα με το επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.</li> <li>5. Να είναι συμβατό με το πλυντήριο MIELE που διαθέτουμε</li> <li>6. Το απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης και το υγρό απολυμαντικό του πλυντηρίου να είναι της ίδιας εταιρείας για λόγους συμβατότητας.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">35910 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ SMALL (ΕΚΕΒΥΛ 704105)</p>	<p>ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM ΜΕ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ.</p>	<p style="text-align: center;">8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p style="text-align: center;">37145 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100-120 ML (ΕΚΕΒΥΛ 524999)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κύπελα πλαστικά για καλλιέργεια ούρων των 100-120ml.</li> <li>2. Να είναι μιας χρήσης.</li> <li>3. Να είναι αποστειρωμένα</li> <li>4. Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία.</li> <li>5. Να έχουν διαβάθμιση.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">10000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

41884 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ COUVELAIR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO20	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ COUVELAIR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO20	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41886 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ COUVELAIRE 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO24	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ COUVELAIRE 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO24	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41887 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO18	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO18	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41888 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO20	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO20	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41889 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO22	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO22	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42706 ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 10X30CM	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΙΣΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ (Υ) ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ.	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/12/2024 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη