



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Κέλλη
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Αναλώσιμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών (της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα
7796	<p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LIT (ΕΚΕΒΥΛ 178263)</p> <p>Και για μηχανήματα Bbraun (συμβατά) και Belco Therapy.</p> <p>2. Συμπυκνωμένο Διάλυμα διττανθρακικών NaHCO₃ σε συγκέντρωση 84g/L σε δοχεία 5 λίτρων οποίο να είναι σε συνδυασμό με το διάλυμα οξικών</p> <p>3. Το διάλυμα να είναι ελεγμένο για ενδο-εξωτοξίνες με τη μέθοδο LAL η άλλη εξίσου αξιόπιστη και αναγνωρισμένη μέθοδο.</p> <p>4. Να παρέχει διάλυμα σταθερής σύστασης και αγωγιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.</p> <p>5. Τα δοχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ατοξικό και βιο-συμβατό υλικό.</p> <p>6. Να είναι ανθεκτικά και αεροστεγώς κλεισμένα και συσκευασμένα, ώστε κατά τη μεταφορά να μην υπάρχει περίπτωση διαρροής κ επιμόλυνσης ούτε αλλοίωση της σύστασης.</p> <p>7. Τα δοχεία πρέπει να φέρουν απαραίτητα ετικέτα όπου να αναγράφεται εμφανώς η σύσταση των διαλυμάτων, ημερομηνία λήξης και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από τη σχετική</p>	1296X5=6480lit.
43321	<p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΟΞΙΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LIT</p> <p>1.και για μηχανήματα BBRAUN (συμβατά) και belco Therapy .</p> <p>2.Διαφόρων περιεκτικοτήτων σε ασβέστιο, κάλιο, γλυκόζη κλπ. Με οξικά ιοντα χωρίς χρήση διττανθρακικων.</p> <p>3.Να παρέχει διάλυμα σταθερής σύστασης και αγωγιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.</p> <p>4. Τα δοχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ατοξικό και βιοσυμβατό υλικό.</p> <p>5. Να είναι ανθεκτικά κ αεροστεγώς κλεισμένα και συσκευασμένα, ώστε κατά τη μεταφορά να μην υπάρχει περίπτωση διαρροής και επιμόλυνσης ούτε αλλοίωση της σύστασης.</p> <p>6. Τα δοχεία πρέπει να φέρουν απαραίτητα ετικέτα όπου να αναγράφεται εμφανώς η σύσταση των διαλυμάτων, ημερομηνία λήξης και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς φαρμακοποιίας.</p>	216X5=1080lit
43321	<p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΟΞΙΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LIT</p> <p>1.και για μηχανήματα BBRAUN (συμβατά) και belco Therapy .</p> <p>2.Διαφόρων περιεκτικοτήτων σε ασβέστιο, κάλιο, γλυκόζη κλπ. Με οξικά ιοντα χωρίς χρήση διττανθρακικων.</p> <p>3.Να παρέχει διάλυμα σταθερής σύστασης και αγωγιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.</p> <p>4. Τα δοχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ατοξικό και βιοσυμβατό υλικό.</p> <p>5. Να είναι ανθεκτικά κ αεροστεγώς κλεισμένα και συσκευασμένα, ώστε κατά τη μεταφορά να μην υπάρχει περίπτωση διαρροής και επιμόλυνσης ούτε αλλοίωση της σύστασης.</p>	216X5=1080lit

	6. Τα δοχεία πρέπει να φέρουν απαραίτητα ετικέτα όπου να αναγράφεται εμφανώς η σύσταση των διαλυμάτων, ημερομηνία λήξης και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς φαρμακοποιίας.	
--	--	--

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον

παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhi>

Η προσφορά θα έχει ισχύ για οχτώ μήνες.

Σας παρακαλώ όπως αποσταλούν δείγματα.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:28 /1/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη