



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<u>Κωδικός Είδους</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
33869	ΟΡΓΑΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ρ.Η. ΝΕΡΟΥ.	1τεμ.

Τεχνική περιγραφή προμήθειας Επαγγελματικού Φορητού Πεχάμετρου

Περιοχή	pH Temp	-2.00 έως 16.00 pH -5.0 έως 105 C
Ανάλυση	pH Temp	+/- 0.01 pH +/- 0.1 C
Ακρίβεια	pH Temp	+/- 0.01pH +/- 0.5 C
Καλιμπράρισμα		Αυτόματα , 1 ή 2 σημείων με 3 τιμές Buffer στην μνήμη
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας		Αυτόματα , από -5 έως 60 C
Περιβάλλον		-5 έως 50 C max RH 100%
Ηλεκτρόδια		Ηλεκτρόδια pH BNC (A1230B) Ηλεκτρόδιο θερμοκρασίας (A7662)

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/1/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail: [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη