



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4256 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 X 150 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ	400 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5148 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5231 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΙΟΥ	1. Να είναι σε μορφή δισκίου (ταμπλέτα) με δραστική απολυμαντική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) και προσθήκη καθαριστικών παραγόντων (π.χ ανιονικά τασιενεργά) για τον ταυτόχρονο καθαρισμό και απολύμανση των δαπέδων και επιφανειών του νοσοκομείου. 2. Κατάλληλο για χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου (Χειρουργεία , Μ.Ε.Θ κ.α), θαλάμους ασθενών και στους χώρους των μαγειρειών. 3. Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό με δράση έναντι βακτηρίων σύμφωνα με EN 13727, EN 13697, EN 16615, μυκήτων EN 13624, EN 13697, EN 16615,, ιών σύμφωνα με EN 14476, μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με EN 14348, EN 16615 και μεγάλο αριθμό σπόρων σύμφωνα με EN 17126. Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας και μελέτες σύμφωνα με τα EN για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα). 4. Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση τους. 5. Να διατηρούν σταθερή την δραστικότητα της απολυμαντικής ουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (? 3 έτη) και να κατατεθεί μελέτη σταθερότητας. 6. Να αναφέρεται στα ελληνικά ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) και ο χρόνος επαφής για κάθε συγκέντρωση από αυτές. 7. Ο παραγωγός του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για το εργοστάσιο παραγωγής. 8. Να φέρουν άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν (ΤΠ2 και ΤΠ4) καθώς και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην	20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	Γ.Χ.Κ) 9. Να προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία πλαστικού περιέκτη με έως 200 δισκία έκαστος.	
5464 ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΟ5,5	ΤΥΠΟΥ RAPID RHINO ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.	40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5998 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5Χ75CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ. ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ·ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6310 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΣΤΥΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΛΕΠΙΔΑΣ Ή ΒΕΛΟΝΗΣ	300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6318 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ)	ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΒΥΝΥΛΙΟ.ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 210 ΕΚΑΤ.ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ CO2.ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ CO2. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ.ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,ΤΟΥ Τ.ΕΠ	250 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7228 ΘΗΚΕΣ - ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΪΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150MM Χ 300MM ΠΕΡΙΠΟΥ	Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες κατασκευασμένες από χαρτί βάρους 70gr/m2, που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον 52μm και βάρους 53gr/m2. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής για ατμό , εκτός του	30.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	πεδίου εργασίας, στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον 6mm. Οι θήκες και τα ρολά να διατηρούν την στείριότητα των υλικών μετά την αποστείρωσης για τουλάχιστον 12 μήνες και να κατατεθεί μελέτη από ανεξάρτητο φορέα που το αποδεικνύει. Διαστάσεων: 150mmX300mm περίπου.	
7364 ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ (ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)	Ο ιμάντας θα πρέπει να κινείται ελεύθερα διαμέσου της αγκράφας προκειμένου να προσαρμόζεται εύκολα ώστε να διευκολύνεται ο αιμολήπτης και να νοιώθει άνετα ο ασθενής Η αγκράφα να φέρει δύο πλαϊνά κομβία για εύκολη ελευθέρωση του κουμπώματος με ένα χέρι Να πλένεται στους 90°C Να είναι ανθεκτική σε απολύμανση με χλώριο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
8404 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 26X76X1(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ) SUPER FROST ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ . ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31979 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 27G ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ	Βελόνες αέρος 27G Κεκαμμένες μιας χρήσης.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32118 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ 1,80Μ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΝΑ ΜΗ ΜΥΡΙΖΟΥΝ. ΑΚΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΨΙΛΟΝ. ΜΗΚΟΣ 180CM ΚΑΙ 200CM.ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ PVC	300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

37869 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (NELATON) NO14	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 20cm NO 14	1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
38804 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41691 ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, ΠΟΒΙΔΟΝΗΣ 0,6% ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥ 0,05%	ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, ΠΟΒΙΔΟΝΗΣ 0,6% ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥ 0,05%	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41916 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΟ 18G - ΜΗΚΟΥΣ 32mm ΒΕΛΟΝΑΣ	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Νο18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 32mm. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE - DEHP FREE	3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42976 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0 ΚΑΙ 00 ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16MM ΕΩΣ 20MM.	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
42977 ΛΕΠΙΔΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ	ΛΕΠΙΔΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 00 (65MM ΕΩΣ 70MM) ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0 (75MM ΕΩΣ 80 MM) ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0 ΚΑΙ 00 ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16MM ΕΩΣ 20MM.	0 20ΤΕΜ 00 20 ΤΕΜ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
43093 ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,0Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚΥΦ>20ML/ΜΜΗG/Η/1,0Μ2 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Β/BRAUN	ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (HIGH FLUX ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,0Μ2 ΚΑΙ IN VITRO ΚΥΦ>20ML/ΜΜΗG/Η/1,0Μ2 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Β/BRAUN	26 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

43261 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΚΛΟΖΑΝΗΣ, 1 ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 48MM, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90CM	Συνθετικά βακτηριοστατικά ράμματα με επικάλυψη τρικλοζάνης, μονόκλωνα, βραδείας απορρόφησης, από πολυδιοξανόνη ή ισοδύναμο πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής.. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 μέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 μέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται στην κάμψη-στρέβλωση.	144 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
44028 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ PAP TEST	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ PAP TEST	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
44326 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	Το υλικό αυτό χρειάζεται για την ασφαλή στερέωση και σταθεροποίηση των λαρυγγικών και ενδοτραχειακών σωλήνων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό. Προσφέρει γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη σταθεροποίηση, περιορίζοντας τις πιθανότητες για απρόβλεπτα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση ταινιών στερέωσης (δερματικές αντιδράσεις). Να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό αφθώδες υλικό με αυτοκόλλητη επιφάνεια που να εφαρμόζεται απευθείας και να σταθεροποιεί τη συσκευή διαχείρισης αεραγωγού στο δέρμα του ασθενούς. Να μπορεί να ασφαλίσει όλους τους τύπους αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργλωττιδικών συσκευών. Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής στερέωση.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
44724 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	Αποστειρωμένο ηλεκτρόδιο διαθερμίας μιας χρήσεως με μπίλια για την αντιμετώπιση μικρών εξωτραχηλικών και κολλικών αιμορραγιών, απότοκων τραυματισμού (ιατρογενών ή μη), στο σηπτικό χειρουργείο του μαιευτηρίου.	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

44727
ΨΗΦΙΑΚΟ TOURNIQUET

Απόλυτα ψηφιακό Tourniquet για ισχαιμο περίδεση άνω & κάτω άκρων με διπλούς και μονούς αεροθαλάμους, δυνάμενο να λειτουργήσει με ρεύμα 240V C, 50/60 Hz, αλλά και με μπαταρία μεγάλης διάρκειας 8 ωρών, Lithium ion (back up battery), σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Η συσκευή είναι συμπαγής, ελαφριά και ανθεκτική. Η συσκευή είναι καλιμπραρισμένη και στεγανά κολλημένη, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια της ακριβούς μέτρησης κάθε φορά. Να μην απαιτείται καλιμπράρισμα πριν από τη χρήση.

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 8" (800x480 pixels), αποδίδει εξαιρετική εικόνα, με αναπαραγωγή απολύτως φυσικού χρώματος, με ειδικής επικάλυψης πάνελ anti-reflection. Η οθόνη να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα με ευρυγώνιο πεδίο όρασης 178" από όλες τις κατευθύνσεις.

Να διαθέτει απεικόνιση ακριβείας και δείχνει την πραγματική πίεση του αεροθαλάμου.(pressure range 80-500mmHg/time range 0:15-2:00h)

Να διαθέτει δύο κανάλια, με κωδικοποιημένο έγχρωμο σύστημα σωλήνων. Οι σπιράλ σωλήνες αέρος να έχουν κωδικό χρώματος για χρήση μονού ή διπλού αεροθαλάμου και να έχουν ενσωματωμένο συνδετικό άκρο στη συσκευή.

Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση διπλού αεροθαλάμου (double cuff), οι δύο σπιράλ σωλήνες να χρησιμοποιούνται συγχρόνως με το διπλό cuff.

Να διαθέτει πλήκτρα αφής για την ρύθμιση όλων των παραμέτρων.

Να διαθέτει αυτόματο Timer.

Να διαθέτει flush πλήκτρο για έλεγχο της αιμορραγίας και κομβίο για IVK (Intravenous Regional nesthesia).

Η συσκευή να διαθέτει οπτικοακουστικό alarm σε περίπτωση : Διαρροής αέρος, αποσύνδεσης σε κάποιο σημείο και αν ο προεπιλεγμένος χρόνος έχει τελειώσει.

Η συσκευή να είναι τοποθετημένη σε τροχήλατο, πολύ σταθερό, δύο (2) τροχοί με φρένο, εύκολο στην κίνηση. Να διαθέτει καλάθι συρμάτινο, προσαρμοσμένο στον

1
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	κάθετο άξονα του τροχήλατου, κατάλληλο για αποθήκευση των αεροθαλάμων και άλλων εξαρτημάτων του Tourniquet.	
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19 /03/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία