



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια Αντιδραστηρίων – Υλικών Εργαστηρίων με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:**

<u>Κωδικός Είδους</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ		
33964	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPERFROST PLUS ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 25X75X1 ΜΜ	1000 τεμ.
8399	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 76X26ΜΜ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΜΕΝΕΣ, ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	6000 τεμ.

Είδος: Ζυγός Ακριβείας με 3 δεκαδικά ψηφία και εσωτερική βαθμονόμηση

Προδιαγραφές:

- Να διαθέτει μέγιστο βάρος ζύγισης (max weight): 220 g
- Να διαθέτει 3 δεκαδικά ψηφία
- Η επαναληψιμότητά του να είναι 0,001 g
- Να έχει γραμμικότητα $\pm 0,002$ g
- Το ελάχιστο βάρος δείγματος, κατά USP, να είναι 2 g
- Να διαθέτει ελάχιστον βάρος ζύγισης όχι μικρότερο από 0,02 g
- Να διαθέτει σύστημα εσωτερικής βαθμονόμησης
- Ο χρόνος σταθεροποίησης να είναι όχι μεγαλύτερος από 3 sec
- Να έχει διαθέσιμες μονάδες μέτρησης: g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol
- Να διαθέτει οθόνη τύπου: LCD
- Η οθόνη να διαθέτει οπίσθιο φωτισμό και να έχει μέγεθος 109×22 mm
- Να διαθέτει πλαστική ασπίδα προστασίας (draught shield) με εσωτερικές διαστάσεις (W×D×H): 158×130×78 mm
- Η επιφάνεια ζύγισης να έχει διάμετρο όχι μεγαλύτερη από: 118 mm
- Η επιφάνεια ζύγισης να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Να διαθέτει ένδειξη επιπέδου και ρυθμιζόμενα πόδια
- Να διαθέτει θύρα RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή ή εκτυπωτή
- Να διαθέτει λειτουργίες για: προσδιορισμό ποσοστού, GLP και μέτρησης τεμαχίων
- Η τάση τροφοδοτικού εισόδου/ μέγιστη ισχύς να είναι 220 V - 240 V AC, 50 Hz
- Το καθαρό βάρος του ζυγού να μην ξεπερνάει τα 2 κιλά
- Ο ζυγός να διαθέτει δυνατότητα πιστοποίησης (κατά προτίμηση, να υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία)

Ποσότητα: ένας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για οχτώ μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 7/4/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθούν κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη