



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάκτης : Ε.ΚΕΛΛΗ

Τηλ: 25413 51412

e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **«ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ»** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Να είναι μικρού βάρους λιγότερο των 60 γραμμαρίων και μικρού μεγέθους (5.2 x 3.9 x 3.9 cm).
2. Να είναι φορητός και να δουλεύει με κοινές μπαταρίες εμπορίου. Να έχει χρόνο λειτουργίας έως και 10 ώρες.
3. Να μην χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης και να μετρά, με πλήρη ακρίβεια μέσα σε 15 δευτερόλεπτα τη μέγιστη τιμή του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα (ETCO₂) και τον ρυθμό αναπνοών.
4. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και ανθεκτικό στο νερό.
5. Να απεικονίζει συνεχόμενα την κυματομορφή του καπνογραφήματος.
6. Να διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα (ETCO₂). Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για άπνοιες, έμφραξη προσαρμογέα αεραγωγού και χαμηλή μπαταρία.
7. Η μέτρησης καπνογραφίας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - a. Εύρος μετρήσεων EtCO₂: 0-99 mmHg / 0–0,9 kPa
 - b. Εύρος μετρήσεων αναπν. ρυθμού: 3 έως 150 bpm
 - c. Ακρίβεια EtCO₂: 0-40 mmHg $\pm$ 2 mmHg; 41-99 mmHg 6% της μέτρησης
 - d. Ακρίβεια αναπν. ρυθμού: $\pm$ 1 bpm
8. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.
9. Να διαθέτει θήκη αποθήκευσης/ μεταφοράς.
10. Να διατεθεί με ένα κουτί αναλωσίμων με 25 τεμάχια για ενήλικες – παιδιά
11. Να διατεθεί με ένα κουτί αναλωσίμων με 10 τεμάχια για βρέφη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28 /3/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, **e-mail : agora3@hosp-xanthi.gr**

Πληροφορίες: Τσιπούρης Ελ. Πρ/νος Βιοϊατρικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθούν κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη