



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια «**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<u>Κωδικός Είδους</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>
40865	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 100% ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ) ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩ ΤΟΥ >99,999% ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV, ΤΟΥ ΙΟΥ HC, ΤΟΥ BACTERIOPHAGE ms2, ΤΟΥ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ΤΟΥ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, ΤΗΣ PSEUDOMONAS SPP, SERRATIA MARCESENS. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ PRIONS(prp) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ S.A.R.S ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -100% ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΘΕΝΗ), ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. -ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ, ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. -ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. -ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 22M/15F- 22F/15M -ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ: <35ml -ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 26g -ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΗΣ: 1,5cmH₂O ΣΤΑ 30L/min -ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ 30,6ml/L ΓΙΑ TV:500ml/min -ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ -ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ 24h -ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	200,00 TEM
20998	ΒΙΟΡΑΤCH 1,9CM N.2151 ΑΝΤΙΜΙΚ.ΕΠΙΘΕΜΑ	10,00 TEM
40529	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΚΥΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ GENERAL ELECTRIC AVANCE C52 AMSORB PLUS GCAN	16,00 TEM

4706	ΤΡΥΒΛΙΑ ΡΕΤΡΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9CM	10.000,00 TEM
44538	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ 3 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC5631	3,00 TEM
44409	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ 7 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ HOLTER GE. SEER TM 1000	5,00 TEM
43122	RAPID TEST ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(COVID-19 ΚΑΙ ΓΡΙΠΗΣ A,B)	2.000,00 TEM
ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ	ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ALARM	1,00 TEM
42990	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ BIOCARE IM8 MODE,ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΛΙΠ	3,00 MEDIUM 2,00 LARGE
41714	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΝΕΟΓΝΩΝ MINDRAY VS-900	1,00 TEM
4117	ΣΑΚΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Διαστάσεις: διάφορες χωρητικότητας 15Kg με 20 Kg. Οι σάκοι να είναι από ύφασμα πολυέστερ 100% και ανοιχτοί στο πλάϊ. Να συνοδεύεται από κορδόνι ενσωματωμένο στο σάκο. Το κορδόνι να είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε μπαίνοντας ο σάκος στο πλυντήριο και με τις πρώτες στροφές να ανοίγει αυτόματα και να απελευθερώνονται τα ρούχα που εσωκλείει. Να έχει χρωματιστή λωρίδα (κόκκινη, μπλε, πράσινη, καφέ) ανεξίτηλη. Να αντέχει πάνω από 1500 πλύσεις και σε θερμοκρασία βρασμού. Να έχει πιστοποιητικό ISO: 9001/2015 και πιστοποίηση CE. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	50,00 TEM ΠΡΑΣΙΝΟ 50,00 TEM ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/4/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, **e-mail : agora@hosp-xanthi.gr**

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθούν κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη