



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Νοσοκομείο Ξάνθης 15/5/2025
Α.Π.:7680

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	ΑΔΑ: 63ΡΧ46907Ω-ΙΚΠ <u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
5194 ΣΠΟΓΓΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΝΟ 8 ΚΑΙ ΝΟ 10	ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	No8 20ΤΕΜ. No10 20ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
6326 ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ LMA-PROSEAL Νο3-Νο4	ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	No3 3ΤΕΜ. No4 3ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
31957 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ3 9CM	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ. ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ	400 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
31941 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ(ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) ΝΟ 5	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 50ΕΚ. ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ με 2 (ΔΥΟ) ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ DEHP FREE- ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 6FR ΕΩΣ 12FR	30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34749 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΝΟ8	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΕΥΘΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34750 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΝΟ6	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΕΥΘΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

39743 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΟΣ Ι-GEL ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	Κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό ελαστομερές με ανατομική διασφάλιση του φάρυγγα και του λάρυγγα αποφεύγοντας τραυματισμούς-εισρόφηση	Νο 3 6 ΤΕΜ. Νο4 8 ΤΕΜ. Νο5 4 ΤΕΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
40510 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΔΙΚΟ ΟΞΥ	1. Διάλυμα που να έχει ως βάση το υπεροξικό οξύ για χημική ψυχρή απολύμανση και αφαλάτωση των μηχανημάτων T/N . Η περιεκτικότητά του σε υπεροξικό οξύ να είναι περίπου 3,5%. Να περιέχει οξικό οξύ και υπεροξειδίο υδρογόνου. 2. Να είναι κατάλληλο για μηχανήματα BELLCO THERAPY. 3. Το διάλυμα να είναι κατάλληλο για τα μηχανήματα που διαθέτουν αντίστοιχο πρόγραμμα καθαρισμού με διάλυμα paracetic acid. 4. Να έχει ισχυρή μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. 5. Να μην αφήνει κατάλοιπα υψηλής τοξικότητας. 6. Να φέρει τη σήμανση CE. 7. Σε πλαστικά δοχεία 5lt με βιδωτά καπάκια ασφάλειας	120 ΛΙΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
41159 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ B/BRAUN DIALOG	1. Ειδικό υπερδιήθησης ,κατακράτησης μικροβίων και καταπολέμησης παθογόνων μικροοργανισμών 2. Κατάλληλο για μηχανήματα T/N τύπου B/BRAUN DIALOG για ασφαλές και ποιοτική αιμοκάθαρση 3. Το φίλτρο υπερδιήθησης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 900 ώρες αιμοκάθαρσης	6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
42040 ΑΓΚΥΛΗ TURIS ΜΕΣΑΙΑ 30	ΑΓΚΥΛΗ TURis 30 μοίρες μεσαία, μονό σύρμα 0.2mm. αποστειρωμένη. 1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με οπτική 30 μοίρες, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. 2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους). 3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. 4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.	2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	5.Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη. 6.Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. 7.Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. 8.Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. 9.Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. 10.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. 11.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας, αν δεν υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο. Τέσσερα τεμάχια	
42555 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΙΑΜΟΡΙΚΗ ΡD 50-80ΜΜ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 98-135ΜΜ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ 6ο ΕΩΣ 20ο.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VERTEX ΕΩΣ 16ΜΜ.	2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
44773 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΩΝ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 52 CM	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/05/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία