



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4695 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ IV.ΑΙ.4 (490) ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ IV.ΑΙ.4 (490) ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4798 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥΡΟΣΚΕΪΝΗ	Ταινίες εμπλουτισμένες με φλουροσκεΐνη για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.	3.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5301 ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ	ΣΕΤ ΣΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SPROTTE Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Η ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΟΥ Η ΒΕΛΟΝΑ SPROTTE ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΥ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΟΗΥ. ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (ΝΑΥΛΟΝ) ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟ KINKING (ΔΙΠΛΩΜΑ). ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 4 ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ. ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 0,2Μ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΑ LUER LOCK. ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10ΜL, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	
5327 ΣΕΤ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (55MM)	ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 110-120 MM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5495 ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ	ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ο2 ΕΠΙΜΗΚΗΣ ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ. ΑΣΚΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000LT. ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ, LATEX FREE ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5637 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	Τεχνικές Προδιαγραφές Πλάκα γείωσης διαθερμίας μιας χρήσης χωρίς καλώδιο -Να είναι μιας χρήσεως κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις. -Να είναι διπλής αγωγίμης επιφάνειας περίπου 110cm2 χωρίς καλώδιο -Κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 5 κιλών -Να έχει ανατομικό σχήμα με αφρώδες ελαστικό στο πίσω μέρος για ιδανική εφαρμογή στο σώμα. -Να διαθέτει αυτοκόλλητο πλαίσιο ασφαλείας για βέλτιστη εφαρμογή και μόνωση. -Να διαθέτει σύστημα εφαρμογής μέσω αυτοκόλλητης ταινίας σε όλη την αγωγίμη επιφάνεια για την ανακούφιση των τάσεων. -Να φέρει σύστημα απώθησης υγρών για επιπλέον προστασία. -Να διαθέτει έξτρα λεπτό στρώμα υδρογέλης για βέλτιστη επαφή δέρματος και απορρόφηση της υγρασίας για την ταχύτερη διαφυγή θερμότητας και πολύ	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	χαμηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας, προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή. -Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας, με περιφερειακή διαίρεση, που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και που υποστηρίζει τα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης της επαφής (πλάκας - ασθενούς). -Να δίνετε να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε σχέση με την χειρουργική τομή και να διαθέτει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο. -Να διατίθεται αποστειρωμένη σε συσκευασία αλουμινίου των πέντε τεμαχίων, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης -Να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας CE	
7522 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης, σύνθεσης 65% με 35% περίπου. Διαστάσεις: 12cmX4,5m +/-1cm X +/-1m	2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
22343 ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10X20CM	ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 10X20CM	2.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
36551 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Ν0 8	Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
37519 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15CM ΜΗΚΟΣ 22F-22M)	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15CM ΜΗΚΟΣ 22F-22M)	1.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

44498 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟ 2-ΟΚΤΥΛΟ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ D & C VIOLET. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΚΡΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΚΑΘΨς ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30΄΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 0,5ML. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 30 ΒΑΘΜΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, LATEX FREE, DEHP-FREE, GLASS-FREE, PYROGEN-FREE.	15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
--	--	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26 /06/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία