



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <u><b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b></u>                                                                          | <u><b>Τεχνικές προδιαγραφές</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>Ποσότητα :<br/>ΤΕΜ.</b></u>                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>4149</b><br>ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ                                                      | Χρώματος κόκκινου, αδιαφανή<br>Σύνηθεση 65% +- 5% βαμβάκι και 35% + - 5% πολυεστέρα<br>Μπλούζα με V γιακά , τσέπες μία (1) επάνω αριστερά και δύο (2) κάτω αριστερά-δεξιά.<br>Παντελόνι με λάστιχο και τσέπη πίσω.<br>Τα μεγέθη της παραγγελίας ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Προσκόμιση δείγματος .<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ | <b>30 MEDIUM</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| <b>5898</b><br>ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΟΝΑΤΟΣ)                                            | ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ<br>ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:<br><br>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150X190ΕΚΑΤ.<br><br>1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 77X145 ΕΚΑΤ.<br><br>2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ                                                                                   | <b>30</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ        |
| <b>6337</b><br>ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΣΕΤΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ | ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ        |
| <b>21465</b><br>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 12                                     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ , 2 ΟΔΩΝ(2WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΙΕΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ N012                                                                                                                                                                                          | <b>20</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ        |
| <b>21466</b><br>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 14                                     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ,2 ΟΔΩΝ(2WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΙΕΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ N014                                                                                                                                                                                           | <b>15</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ        |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>21878</b><br/>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ NO 3 ΜΕ CUFF</p>        | <p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE. ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ,ΕΓΓΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.</p> | <p><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p><b>32035</b><br/>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO4</p>   | <p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>                        | <p><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p><b>32036</b><br/>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO4,5</p> | <p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>                       | <p><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>40352</b><br/>ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ<br/>ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ BOUGIE</p> | <p>ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ<br/>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ<br/>ΜΗΚΟΥΣ 70 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>6</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή<br/>ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p> |
| <p><b>40536</b><br/>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ</p>                                     | <p>Τροχήλατος μεγεθυντικός φακός ψυχρού φωτισμού LED με 5 διόπτρες και ρυθμιστή έντασης φωτός.<br/>Τροχήλατης βάση βαριάς κατασκευής για μεγάλη σταθερότητα και 5 ρόδες.<br/>Ο αρθρωτός βραχίονας να μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις για τη μέγιστη δυνατή ευκολία στην εξέταση.<br/>Με πολύσπαστο βραχίονα με τουλάχιστον 3 βαθμούς ελευθερίας.<br/>Τύπος φωτισμού: LED<br/>Θερμοκρασία χρώματος 4- 6.000K<br/>Ισχύς φωτισμού τουλάχιστον : 8W<br/>Διόπτρες: 5<br/>Διάμετρος Φακού τουλάχιστον 17,0 cm<br/>Τάση λειτουργίας: 100-240V - 50/60 Hz</p> <p>ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΠ.</p>                                                                                        | <p><b>1</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>                 |
| <p><b>44773</b></p>                                                                       | <p>Καθετήρας Θωρακοκέντησης (pneumocath)</p> <p>Καθετήρας Θωρακοκέντησης (pneumocath) μιας χρήσης, που επιτρέπει με αποστειρωμένο, γρήγορο και ασφαλή χειρισμό την παροχέτευση στην θωρακική κοιλότητα, για την απομάκρυνση παθολογικών συσσωρεύσεων αέρα ή/και υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Με βελόνα παρακέντησης, με αποστειρωμένο κάλυμμα και οδηγό 8fr x 50cm.</p> <p>Με στρόφιγγα τριών κατευθύνσεων, διακοπής και προ προσάρτημα για αναρρόφηση, να εξασφαλίζει την δυνατότητα σύνδεσης με την συσκευή αναρρόφησης Bulau, Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη</p> <p>Για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (χρήση για ασθενείς με πνευμοθώρακα).</p> | <p><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>               |
| <p><b>44862</b><br/>ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ COLIMATOR ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</p>                          | <p>ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BV LIBRA PHILIPS<br/>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ<br/>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHILIPS<br/>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ PHILIPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>1</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br/>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br/>ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>                 |

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/07/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία