



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4286 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ	Να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος, αντοχής στη χρήση, δίφυλλο, βάρους 100 γρ. τουλάχιστον ανά ρολό.	12.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4776 ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Χ10 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ	Κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά, αυτοκόλλητα, διάτρητα με απορροφητική γάζα. Διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα τραυμάτων με απορροφητικό στρώμα στο μέσον του που δεν κολλά στο τραύμα. Διαστάσεις: 10cm X 10cm +/-1cm	8.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4840 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3250-15 ΜΕΤΡΩΝ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3250-15Μ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ 120 Οc ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5 ΜΜ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΑΥΛΟΣ 5ΜΜ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5351 ΣΑΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	No 43 5 ΖΕΥΓΗ No 45 5 ΖΕΥΓΗ No 46 5 ΖΕΥΓΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5391 ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ 2-200ΜL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ	ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ	10.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5801 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤ:76Χ11CM ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ-TOURNIQUET	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΣΤ:76Χ11CM ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ-TOURNIQUET	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
6486 ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITO	ΛΑΒΙΔΕΣ MOSQUITO ΚΥΡΤΕΣ 12CM ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

6939 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΥΟ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 80X145 ΕΚΑΤ.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
7830 ΔΕΡΜΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΕΛΑΝΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21870 ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ (100Μ)	Η γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής φαρμακοποιίας και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.). Να είναι από 100% βαμβακερά υδρόφυλλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας. Να έχουν 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ.). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).	20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
21898 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΖΕΛΕ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ FOAM ΚΑΙ MICROPOROUS, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - TEST ΚΟΠΩΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΕΘ-HOLTER. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	12.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30721 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 24 ΧΙΛ.	Μη απορροφήσιμα πολύκλινα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση.	36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

30795 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (ΡΑΜΜΑ ΤΑΣΕΩΣ) ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 60 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 90 ΧΙΛ.	Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	36 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30888 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	72 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30932 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	144 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30957 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ.	Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	120 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34986 ΚΑΠΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ.	20.000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

35930 ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ HALSTED-MOSQUITO 12,5CM 5 1/2	ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ HALSTED-MOSQUITO 12,5CM 5 1/2	10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
39985 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1. Απολυμαντικό με υπεροξικό οξύ, κατάλληλο για χρήση σε ενδοσκοπικό εξοπλισμό καθώς και χειρουργικά εργαλεία. 2. Σε συμπυκνωμένη μορφή ευδιάλυτων κόκκων για δυνατότητα παραγωγής διαφόρων ποσοτήτων διαλύματος. 3. Χωρίς αλδεϋδες, χλώριο και άλατα αμμωνίου. 4. Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (EN 13727 και EN 14561), μυκήτων (EN 13624 και EN 14562), ιών με και χωρίς περίβλημα (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro) σύμφωνα με EN 14476 και EN 17111, μυκητοβακτηριδίων (EN 14348 και EN 14563) και σπόρων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 17126. Να κατατεθούν οι μελέτες διαπιστευμένων φορέων. 5. Να έχει ουδέτερο pH 7-8, κατάλληλο και για σκληρό νερό, χωρίς ερεθιστικά αρώματα. 6. Να διαλύεται σε νερό θερμοκρασίας δωματίου 15-20 οC, να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής του ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως σιλικόνη, πλαστικό, αλουμίνιο, καθώς και ανοξείδωτο χάλυβα. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. 7. Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN και στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και να κατατεθούν. 8. Να είναι βιοδιασπώμενο, φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη στις συνιστώμενες από τον κατασκευαστή δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος. 9. Να διατίθεται σε συσκευασία φακελίσκου για την παραγωγή διαλύματος 5 λίτρων. 10. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του διαλύματος με δείκτες.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40585 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ BOWA ACR 350	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ BOWA ACR 350	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

42551 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ	ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΧΗΜΙΚΗ Η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ.	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42878 ΑΔΕΛΜΙΔΡΟΛ 2% ΜΕ HYALURONIC ACID 0,1%	ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ. ΝΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ , Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ML ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	35 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09/10/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

Η Συντάξασα

Κατίου Ευαγγελία