



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>                                                                                                                 | <b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>Ποσότητα :<br/>ΤΕΜ.</u></b>                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4244<br>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ                                                                                                 | ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΗ<br>ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.<br><br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br><br>ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ<br><br>ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ<br>ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:<br><br>- ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 180Χ320ΕΚΑΤ.<br>ΠΕΡΙΠΟΥ<br>ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ 6 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ<br><br>- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΑΚΟ<br>ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ | <b>40</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     |
| 5215<br>ΣΚΟΥΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ                                                                                            | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     |
| 5216<br>ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ<br>ΜΕΡΟΣ                                                                                | ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΥΛΙΚΟ NON WOVEN                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.000</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  |
| 5494<br>ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ CRAP BOUSSIGNIAC ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΑ<br>ΔΙΑΦΑΝΗΣ Μ.Χ.                                                                      | ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ<br>ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ<br>ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ<br>- ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ - LATEX FREE<br>DEHP FREE ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ<br>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ                                               | <b>5</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ      |
| 6052<br>ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ,ΕΙΔΙΚΗΣ<br>ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ                                               | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ TUR<br>ΜΕ ΠΙΕΤΑ<br>ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ,<br>ΜΕ ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ<br>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,<br>ΜΕΓΕΘΟΣ XL,<br>ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ.                                                                                                                                   | <b>35</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     |
| 21988<br>ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ<br>ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G                                      | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ<br>ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G                                                                                                                                                                                                     | <b>40.000</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| 30776<br>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ<br>ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 45 ΕΚ. -<br>ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ. | Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο<br>μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να<br>αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα<br>χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με<br>περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να                                                                                          | <b>36</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ     |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <p>30779</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥΤ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 24 ΧΙΛ.</p>        | Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>36</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>                         |
| <p>30828</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 60 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 12 ΧΙΛ.</p> | Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο, με ισχυρές (μαύρες) βελόνες για ασβεστοποιημένα αγγεία. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Τα ράμματα να έχουν σχέση διαμέτρου βελόνης-νήματος 1:1, ή όσο το δυνατόν κοντινότερα σε αυτήν την αναλογία, για την αποφυγή διαφυγών μετά το πέρασμα της βελόνης και του νήματος από τα αγγεία.                                                                                                                                    | <p><b>144</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>                        |
| <p>30986</p> <p>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ.</p>                            | Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.                                                         | <p><b>288</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>                        |
| <p>31853</p> <p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΥ RIG TAIL ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ/ΣΥΡΜΑ 3ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ</p>                    | ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΙ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΛΙΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΡΟΣ ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕΕ ΜΕΓΕΘΗ 4-8CH ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 24-30CM. ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΘΗΚΑΡΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ (3ΜΗΝΕΣ). ΤΟ STENT ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ | <p><b>6-24 10</b><br/><b>4-24 10</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                          | ΑΛΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ.<br>ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 31897<br>ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ                                                                | Αλγηνικό αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού G που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Διαστάσεις: 2,5cm X 30cm + 1cm (σχήμα κορδονιού).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| 34410<br>ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ<br>ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΥΠΕΡΟΞΕΙΚΟ<br>ΟΞΥ) | <p>1. Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια (γαστροσκόπια, κολονοσκόπια και εξαρτήματα αυτών) των κατασκευαστικών οίκων ενδοσκοπίων Olympus, Pentax, Karl Storz, Richard Wolf κ.λ.π.</p> <p>2. Να έχει στη σύνθεσή του Υπεροξεικό Οξύ (Partacetic Acid) τουλάχιστον 2% στο τελικό διάλυμα χρήσης.</p> <p>3. Να είναι δοκιμασμένο σε σποροκτονία στελεχών των Bacillus Cereus, Clostridium Sporogenes με ικανότητα σποροκτονίας σε 10 έως 30 min. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από έγκυρο Οργανισμό, το οποίο να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο και για τα συγκεκριμένα στελέχη.</p> <p>4. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητάς του με δείκτες ελέγχου.</p> <p>5. Να μην είναι διαβρωτικό (να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες) και οξειδωτικό.</p> <p>6. Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο τοξικό.</p> <p>7. Να είναι άοσμο ή με απαλή ευχάριστη οσμή.</p> <p>8. Να μην αφρίζει.</p> <p>9. Να δοθεί η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια. κ.λ.π.) ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.</p> | <b>1</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  |
| 34417<br>ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Ν. 8                                                        | <p>Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 03960<br/>8 κορμός/ ώμος/ λεκάνη ατομική.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 34418<br>ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ N.10                                                       | Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος.<br>Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m.<br>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ<br>03960<br>10 κορμός/ ώμος/ λεκάνη ατομική.                                     | <b>2</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   |
| 34652<br>ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΩΝΟΥΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ<br>·ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ·ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ·ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | <b>200</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| 42880<br>ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟ 8 ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ                                       | ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟ 8ΜΜ, ΝΟ 4ΜΜ                                                                                                                                                                                                                  | <b>20</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  |
| 43990<br>ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15CMX15CM                                          | ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 15CM X 15CM                                                                                                           | <b>70</b><br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ<br>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  |

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24 /11/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**  
**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**  
**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**  
**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Συντάξασα

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κατίου Ευαγγελία

Κοσμίδου Ζωή