



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
4256 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 X 150 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5054 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ 50ML ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ BRAUN	ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BRAUN ml/h ΒΙΔΩΤΕΣ 50 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5290 ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ (TRACHOQUICK)	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ (2.0/4.0mm) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΜΕ Velcro ΚΩΝΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΝΥΣΤΕΡΙ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΑ εσωτ.διαμ.15.0MM/εξ.διαμ.22.0MM ΚΑΙ εξ.διαμ.15.0MM. Η ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ)	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ
5996 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5X30CM ΠΕΡΙΠΟΥ	·ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ·ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ·ΕΛΑΦΡΥΣ ·ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ·ΠΟΡΩΔΗΣ ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ·ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	50 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
8258 ΒΕΛΟΝΕΣ SHORT 30G	30G SHORT- 30x25, 30G	300 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32002 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SPROTTE NO25 (88MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ	ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ PENCIL- POINT(SPROTTE). Η ΒΕΛΟΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΑ ΜΗΝΙΓΓΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΤΕΜΝΕΙ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ Η ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ	75 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΤΟΥΝ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΥΤΗ ΒΟΗΘΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΓΚΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΑΒΗ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΛΥΓΙΣΜΑ ΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ.	
32044 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF NO8,5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC. ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
37986 ΒΕΛΟΝΕΣ Χ SHORT 30G ΠΑΙΔΙΚΕΣ	30G Χ-SHORT	200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
40585 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ BOWA ACR 350	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ BOWA ACR 350	6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
44709 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	Προδιαγραφές είδους : Ανακυκλώσιμος σπόγγος πολυουρεθάνης, διαστάσεων 12x7,5x2,5cm, μιας χρήσης, με σαπούνη με ουδέτερο pH, δερματολογικά και μικροβιολογικά ελεγμένο, που δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, latex free, συμμορφώνεται με την Οδηγία 1223/2009	200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συσκευασία 50 τεμαχίων που περιέχει 50 σφουγγάρια τα οποία είναι και σε ατομική συσκευασία.	
45040 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ	Συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπίεσεων που: Να παρέχει θωρακικές συμπίεσεις στο κέντρο του στήθους, σύμφωνα με το ERC. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού συμπίεσεων από 100 έως 120 συμπίεσεις το λεπτό. Το βάθος των συμπίεσεων να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ERC. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες, (Θα εκτιμηθεί εάν είναι κατάλληλο για παιδιά) και ρυθμίζει αυτόματα το βάθος των συμπίεσεων, σύμφωνα με το ύψος του θώρακα του θύματος. Να βοηθά ενεργά στην επαναφορά του στήθους στην αρχική του θέση με την χρήση βεντούζας. Να είναι εφικτή η απινίδωση με χρήση hard paddles. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η φόρτιση της μπαταρίας να γίνεται επάνω στην συσκευή από εξωτερικό τροφοδοτικό ? φορτιστή AC/220V το οποίο θα συνοδεύει την συσκευή. Να μπορεί να λειτουργήσει απευθείας από το τροφοδοτικό - φορτιστή AC & DC ακόμα και με αφόρτιστη μπαταρία. Να έχει δυνατότητα τροφοδοσίας και φόρτισης απευθείας από παροχή 12V/DC. Η συσκευή να είναι ανθεκτική σε εισροή σκόνης και νερού. Να διαθέτει ιμάντες σταθεροποίησης του ασθενούς κατά την μεταφορά του. Να διαθέτει ψηφιακή μνήμη καταγραφής των περιστατικών και ασύρματη (Wifi) μεταφορά των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC). Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας.	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.	
45041 ΒΕΛΟΝΕΣ 35GX6MM	α) Να είναι μιας χρήσης. β) Αποστειρωμένες, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. γ) Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο. δ) Διάμετρος βελόνας 356 με μήκος βελόνας 6mm.	200 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45043 ΡΥΓΧΟΣ (ΒΕΛΟΝΗ) ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΡΠΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ	Ρύγχος συνεχούς εκροής κεκλιμένο βιδωτό, μεταλλικής αιχμής, διαμέτρου 1,4mm μιας χρήσης», το οποίο διαθέτει πολύ φαρδύ αυλό με ειδικό κεκλιμένο άκρο, το οποίο καθιστά εύκολη και γρήγορη τη διάτρηση και αναρρόφηση όλων των φιαλιδίων και ιδιαιτέρως των πυκνόρρευστων φαρμάκων. Αναρροφά μεγάλη ποσότητα φαρμάκου-υγρού χωρίς να φράξει.	500 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09/12/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Συντάξασα

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κατίου Ευαγγελία

Κοσμίδου Ζωή