



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

	<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Ποσότητα :</u></b> <b>ΤΕΜ.</b>
	<b>4811</b> ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	<b>10.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>5491</b> ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ	<b>14.400</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>5609</b> ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	<b>1.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>8453</b> ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ	<b>2.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>21990</b> ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21G	<b>40.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>21991</b> ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ML ΜΕ ΧΩΝΔΡΟ ΚΩΝΟ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	<b>4.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	<b>32118</b> ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ Υ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ 1,80M	<b>300</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

<p align="center"><b>36038</b> ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 8CM</p>	<p>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 8CM</p>	<p align="center"><b>500</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>37869</b> ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (NELATON) NO14</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 20cm NO 14</p>	<p align="center"><b>2.000</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>40865</b> ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ</p>	<p>ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ</p> <p>100% ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ)</p> <p>ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩ ΤΟΥ &gt;99,999%</p> <p>ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV, ΤΟΥ ΙΟΥ ΗC, ΤΟΥ BACTERIOPHAGE ms2, ΤΟΥ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ΤΟΥ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, ΤΗΣ PSEUDOMONAW SPP, SERRATIA MARCESENS.</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ PRIONS(prp)</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ S.A.R.S</p> <p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <p>-100% ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ Ως ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΘΕΝΗ), ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.</p> <p>-ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ, ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ</p>	<p align="center"><b>200</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

	<p>ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.</p> <p>-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.</p> <p>-ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 22Μ/15F-22F/15Μ</p> <p>-ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ: &lt;35ml</p> <p>-ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 26g</p> <p>-ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΗΣ: 1,5cmH<sub>2</sub>O ΣΤΑ 30L/min</p> <p>-ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ 30,6ml/L ΓΙΑ TV:500ml/min</p> <p>-ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ</p> <p>-ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ</p> <p>-ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ 24h</p> <p>-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ</p>	
<p><b>41159</b></p> <p>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Β/BRAUN DIALOG</p>	<p>1.Ειδικό υπερδιήθησης ,κατακράτησης μικροβίων και καταπολέμησης παθογόνων μικροοργανισμών</p> <p>2.Κατάλληλο για μηχανήματα T/N τύπου Β/BRAUN DIALOG για ασφαλές και ποιοτική αιμοκάθαρση</p> <p>3.Το φίλτρο υπερδιήθησης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 900 ώρες αιμοκάθαρσης</p>	<p><b>6</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>43003</b></p> <p>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ</p>	<p>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ</p>	<p><b>50</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>43307</b></p> <p>ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ</p>	<p>ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΡΟΗ ΑΠΟ 2L/min ΕΩΣ 60L/min, ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ</p>	<p>SMALL 4 LARGE 4 X.LARGE 2</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p><b>45248</b></p> <p>ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ Η ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 9CM</p>	<p>α) Να είναι μιας χρήσης.</p> <p>β) Να διαθέτει διπλό αεροθάλαμο για μέγιστη αποτελεσματικότητα.</p> <p>γ) Το υλικό να είναι εμποτισμένο με καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη που γίνεται gel όταν βραχεί, προσφέροντας λίπανση.</p> <p>δ) Μέγεθος 9cm.</p>	<p><b>20</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<b>45251</b> ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΤΤΣ-SΜΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 21CM	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΤΤΣ-SΜΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 21CM	<b>4</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
--	--	---

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04 /03/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Συντάξασα

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κατίου Ευαγγελία

Κοσμίδου Ζωή