



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Καραγιαννίδου Ευτέρπη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπαδοπούλου Σοφία
ΤΗΛ: 25413 51407
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε :

«Επισκευαστικές Εργασίες για την πλήρη λειτουργία αεροσυμπιεστών ιατρικού αέρα – Δανεισμός αεροσυμπιεστή και Αντικατάσταση του Inverter»

Τεχνική Έκθεση

Σελίδα 3

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/2/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

Τεχνική έκθεση

Σύμφωνα με το υπ'αρ. 1909/12-2-2026 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Ξάνθης και μετά από τον προγραμματισμένο έλεγχο και τη συντήρηση των 4 αεροσυμπιεστών του ιατρικού και βιομηχανικού αέρα από τη εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ, διαπιστώθηκε βλάβη μη επισκευάσιμη στο inverter του 4^{ου} αεροσυμπιεστή. Κατόπιν τούτου κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του χαλασμένου inverter με καινούργιο, καθώς και ο δανεισμός μηχανήματος εξυπηρέτησης για την πλήρη και ομαλή λειτουργία των αεροσυμπιεστών, για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την επιδιόρθωση και την αποκατάσταση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
MSc, ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ