



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>	<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>	<b><u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u></b>
<p align="center"><b>4609</b></p> <p>ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 60Χ60CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΣΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.</p>	<p align="center"><b>30.000</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>5676</b></p> <p>ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΙΡ 1ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ</p>	<p>ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΙΡ 1ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ</p>	<p align="center"><b>20.000</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>7124</b></p> <p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY NO20 2WAY</p>	<p>ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 10-30ML ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, Μ.Χ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</p>	<p align="center"><b>50</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>21865</b></p> <p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 26 G*11/2</p>	<p>Βελόνες αποστειρωμένες, Μ.Χ, με αναγραφόμενη την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι εντός ατομικής συσκευασίας, να ανοίγουν με άσηπτη τεχνική και να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι πληροφορίες του προϊόντος να είναι στα Ελληνικά. Να φέρει πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά I.S.O 9001 όπως αυτό ισχύει.</p>	<p align="center"><b>2.000</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>21960</b></p> <p>ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ</p>	<p>Ταμπόν οφθαλμολογικά αποστειρωμένα.</p>	<p align="center"><b>2.000</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>30724</b></p> <p>ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</p>	<p>Μη απορροφήσιμα πολύκλινα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p align="center"><b>120</b></p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;"><b>30930</b>  <b>ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ</b>  <b>ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ</b>  <b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2</b>  <b>ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.</b></p>	<p>Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα  ράμματα μέσης απορρόφησης από  πολυγλακτίνη ή πολυγλυκό οξύ. Η  επικάλυψη του ράμματος να είναι από το  ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα  από φθορά κατά την τοποθέτηση των  κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75%  στις 14 ημέρες, 40-50% στις 21 ημέρες και  25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται  πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-  70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται  από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455  και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα  νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε  κάμψη-στρέβλωση.</p>	<p style="text-align: center;"><b>144</b>  <b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</b>  <b>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ</b>  <b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>32041</b>  <b>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF ΝΟ7</b></p>	<p>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC.  ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΕΙΝΑΙ HI-LO CUFF  ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ, ΩΣΤΕ  ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ  ΠΙΕΣΗ. Ο ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ  CUFF, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 20ML.  Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ  ΚΑΤΩ ΦΕΡΕΣΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤΣΙ  ΩΣΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ  ΓΡΑΜΜΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ.  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p style="text-align: center;"><b>200</b>  <b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</b>  <b>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ</b>  <b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>34937</b>  <b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ8</b></p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ.  ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE</p>	<p style="text-align: center;"><b>100</b>  <b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</b>  <b>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ</b>  <b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>34942</b>  <b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ18</b></p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ.  ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE</p>	<p style="text-align: center;"><b>400</b>  <b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</b>  <b>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ</b>  <b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>34945</b>  <b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMANN ΝΟ 14</b></p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ.  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ  ΔΥΟ(2) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ</p>	<p style="text-align: center;"><b>200</b>  <b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</b>  <b>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ</b>  <b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b></p>

<p align="center"><b>37223</b> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90 ΠΕΡΙΠΟΥ</p>	<p>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ NON WOVEN ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ</p>	<p align="center"><b>400</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>44498</b> ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ</p>	<p>ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΡΙΚΟ ΤΥΠΟ 2-ΟΚΤΥΛΟ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ D &amp; C VIOLET. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΚΡΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΚΑΘΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30΄΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 0,5ML. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 30 ΒΑΘΜΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, LATEX FREE, DEHP-FREE, GLASS-FREE, PYROGEN- FREE.</p>	<p align="center"><b>10</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p align="center"><b>45254</b> ΠΑΝΙ ( ΣΕ ΡΟΛΟ ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</p>	<p>Πολυχρηστικό πανί καθαρισμού και στεγνώματος σε ρολό (40cm ) με διαστάσεις 27X22cm, επαναχρησιμοποιούμενο, σε συσκευασία 2 ρολά, τεχνολογία Airland</p>	<p align="center"><b>4 ΡΟΛΛΑ</b> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:12 /03/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή