



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΛ: 25413 51402  
e-mail: [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| <b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u></b>  | <b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b>   | <b><u>Ποσότητα :</u><br/>ΤΕΜ.</b>                                       |
|--|---|---|
| <p align="center"><b>4955</b><br/>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ(ΒΑΡΕΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 10% ΚΑΙ 40%, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ(ΤΥΤΟΔΡΟΡ-3)</p> | <p>ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 200CM ΠΕΡΙΠΟΥ. Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΟΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (10%-40%). ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 5ML/Η. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΤΕΧ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ REAL PACK ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.</p> | <p align="center"><b>10.000</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p> |
| <p align="center"><b>21466</b><br/>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2WAY ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 14</p>  | <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ,2 ΟΔΩΝ(2WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΙΕΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ν014</p>   | <p align="center">20<br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>            |
| <p align="center"><b>35052</b><br/>ΠΟΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ</p>   | <p align="center">ΠΟΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ</p>   | <p align="center">5<br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>  |
| <p align="center"><b>40673</b><br/>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ 2WAY ΛΑΤΕΧ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Ν014</p>   | <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ,2 ΟΔΩΝ(2WAY) ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ. ΜΗΚΟΣ 40 CM ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 5-15 CC. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>   | <p align="center"><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>     |
| <p align="center"><b>41950</b><br/>ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 5Χ5CM</p>   | <p align="center">4 ΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ</p>   | <p align="center"><b>10</b><br/>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>     |

\* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/05/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora2@hosp-xanthi.gr](mailto:agora2@hosp-xanthi.gr) .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή