



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Τσάκου Χρύσα
ΤΗΛ: 2541351412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια: «ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ για τη ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ».**

Κωδικός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44966	ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	1,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3.

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
2. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/5/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.
3. Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail: agora@hosp-xanthi.gr
4. Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
5. Αρμόδιος υπάλληλος -Πληροφορίες : Στεφάνου Θεοπούλα τηλ.2541351542

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ

- Να είναι κατάλληλο για παιδιά, ενήλικες και νεογνά.
- Να είναι ελαφρύ, φορητό και εύκολο στη χρήση.
- Να λειτουργεί με μπαταρίες του εμπορίου για τουλάχιστον 48 ώρες συνεχούς χρήσης.
- Να μπορεί να δεχτεί και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για συνεχή λειτουργία έως και 36 ώρες ενώ για τη φόρτιση τους διαθέτει επιτραπέζιο φορτιστή.
- Να διαθέτει οθόνη η οποία απεικονίζει τα αριθμητικά δεδομένα του SpO₂ και την κυματομορφή του όπως επίσης τα αριθμητικά δεδομένα του καρδιακού παλμού και μπάρα ένδειξης της καρδιακής ισχύς.
- Επίσης να διαθέτει ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, τον τύπο ασθενή παρακολούθησης και την ώρα. Να έχει οπτική ένδειξη για την απενεργοποίηση των ηχητικών συναγερμών.
- Να έχει τη δυνατότητα φωτισμού της οθόνης σε περίπτωση ανάγνωσης των δεδομένων σε χώρο χαμηλής φωτεινότητας.
- Το εύρος του καρδιακού παλμού να είναι από 25-300 bpm και του κορεσμού οξυγόνου από 0-100%.
- Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών, για κάθε μετρούμενη παράμετρο.
- Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων SpO₂ και του καρδιακού ρυθμού σε μνήμη για τουλάχιστον 50 ασθενείς ή για έως 200 ώρες.
- Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε λογισμικό Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση μέσω λογισμικού.
- Να διαθέτει θήκη μεταφοράς για την προστασία του μηχανήματος και στην τιμή να περιλαμβάνει ένας αποσπώμενος, πολλαπλών χρήσεων αισθητήρας δαχτύλου νεογνών.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ