



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα : ΤΕΜ.</u>
45505 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΑΜΠΤΟ 2,7MM-50MM-0*	ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ WOLF	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΠΕΚΤ)
45506 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΑΜΠΤΟ 2,7MM-105MM-0*	ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ WOLF	1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΠΕΚΤ)
45507 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΩΤΩΝ WAGENER 14CM	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΩΤΩΝ WAGENER 14CM	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45508 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΩΤΩΝ LUCAE 16CM (ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ)	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΩΤΩΝ LUCAE 16CM (ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ)	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45509 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ΠΟΡΚΟΤΟΝ) FARRELL SERRATED ΡΙΝΟΣ 1,1MM-ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ 16CM	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ΠΟΡΚΟΤΟΝ) FARRELL SERRATED ΡΙΝΟΣ 1,1MM-ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ 16CM	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45510 ΩΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΟΠΗ	Μικρά, ειδικά σφουγγαράκια από απορροφητικό υλικό (διογκούμενη πολυουρεθάνη ή κυτταρίνη.) Για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο ΩΡΛ.	2 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
45511 ΠΛΕΓΜΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ 15X15CM	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης αποτελούμενο από 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% από πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Ελαφρύ πλέγμα ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτό από το σώμα, βάρος ανά μονάδα επιφάνειας, μετά από απορρόφηση 28 g / m2. Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα.	5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

45512
ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας
τύπου έλξεως-PULL METHOD
PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC
GASTROSTOMY LUXURY KIT PEG

24FR για αρχική τοποθέτηση, μακράς
διάρκειας παραμονής, συνδυασμένης
διαδερμικής-ενδοσκοπικής τοποθέτησης με
παράλληλο ενδοσκοπικό έλεγχο, με μη
ενδοσκοπική αφαίρεση σωλήνα,
αποτελούμενο από:

Ακτινοσκοιρό σε όλο το μήκος του σωλήνα
σίτισης από μαλακή, διάφανη ατραυματική
ακτινοσκοιρή σιλικόνη, υψηλής ποιότητας,
διαύγειας,ευκαμψίας και αντοχής (100%
medical grade silicone), εξωτερικής
διαμέτρου 24Fr, εσωτερική διάμετρο
5.50mmαντίστοιχα για υψηλή ροή και
περιορισμό του κινδύνου απόφραξης,
αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά
με χρήση της τεχνικής έλξεως (PULL) χωρίς
την χρήση-εισαγωγή ενδοσκοπίου.

Να περιλαμβάνει δύο αποσπώμενες
κεφαλές - προσαρμοστές σίτισης δύο οδών
τύπου "Y" για σίτιση και
χορήγηση φαρμάκων (1 τύπου Enfit
connector για βιδωτή σύνδεση ασφαλείας
και 1 τύπου standard για σίτιση με
σύριγγα), ενδείξεις βάθους ανά 2cm στον
καθετήρα, προοδευτικά λεπυνόμενο
κωνικό το ένα άκρο με ενσωματωμένη
περιέλιξη σύρματος ιδιαίτερα ανθεκτικού
στην έλξη και ατραυματικό πεπλατυσμένο
με ειδική ανατομική σχεδίαση σχήματος
θόλου (DOMETIP) το άλλο άκρο ώστε να
διασφαλίζεται η βέλτιστη καθήλωση -
εφαρμογή του στο τοίχωμα του γαστρικού
βλεννογόνου αλλά και η εύκολη
ατραυματική αφαίρεση του σωλήνα με
έλξη,

Να διαθέτει ενσωματωμένο
αντιπαλινδρομικό σφιγκτήρα-clip ώστε να
αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή κατά την
σίτιση, σήμανση X στο σημείο κοπής του
καθετήρα και ανατομικό πέλμα σιλικόνης -
δίσκο σιλικόνης για την καθήλωση του
σωλήνα στο δέρμα με ειδικό σχεδιασμό με
οπές αερισμού για αποφυγή ερεθισμών και
κατακλίσεων

Ανθεκτικό Κυρτωμένο σύρμα εισαγωγής
τύπου θηλειάς LOOPED INSERTION WIRE
μήκους 155cm, κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα -stainless steel 304 με
επικάλυψη από πολυαμίδιο PA χαμηλού
συντελεστή τριβής και ιδιαίτερη αντοχή
στην έλξη

3
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή
ΠΡΟΣΠΕΚΤ

	Βρόγχο σύλληψης μη θερμαινόμενο, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας μήκους 180 ή 240cm και εύχρηστη εργονομική λαβή χειρισμού ενός χεριού 3-Ring.	
45513 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ	Ανταλλακτικός καθετήρας γαστροστομίας τριών ξεχωριστών αυλών με ενισχυμένο μπαλόνι καθήλωσης χωρητικότητας 20ml, διαμέτρου 24fr, μήκους 24.6cm, από διαφανή εύπλαστη ατραυματική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής (100% medical grade silicone), ειδικά επεξεργασμένη για ιατρική χρήση και άνεση του ασθενή χωρίς ερεθισμούς, για άμεση τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου. Ο σωλήνας σίτισης να είναι βιοσυμβατός και ακτινοσκοπικός, να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 2cm σε μήκος 10cm για την εκτίμηση βάθους, ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης ασφαλείας χωρίς διαρροές τριών (3) οδών με ευκρινή σήμανση και ευρύ εσωτερικό αυλό για σίτιση, χορήγηση φαρμάκων και αποσυμπίεση, διαφανές ελαστικό μπαλόνι σταθεροποίησης από 5 έως 20ml (ανθεκτικό στο pH του στομάχου) συγκολλημένο στον καθετήρα εσωτερικά και εξωτερικά και ενσωματωμένο συρόμενο δίσκο συγκράτησης (snug bolster) με ανατομικό πέλμα για την καθήλωση του στο δέρμα. Η κεφαλή σταθεροποίησης δέρματος από σιλικόνη να παρέχει ασφαλή σταθεροποίηση χωρίς χρήση άλλων συνδετικών. Να διατίθεται είτε με σύνδεση τύπου standard για σίτιση ή με βιδωτή σύνδεση ασφαλείας Enfit connection για ασφαλέστερη σύνδεση και στην συσκευασία να περιλαμβάνεται αναλυτικό εγχειρίδιο φροντίδας ασθενούς με οδηγίες ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρήση και συντήρηση του καθετήρα.	3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24 /09/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή