**Νοσοκομείο Ξάνθης 12/11/2026**
**Α. Π.: 17268**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών**.**
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’).
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

## Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Ποσότητα :** **ΤΕΜ.** |
|---|---|---|
| **4954**<br>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ,ΤΥΠΟΥ PLEUREVAC ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500ML | ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | **4**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **5335**<br>ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ (TURP) 3ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6Χ12CM ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ225Χ260CM | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ<br>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ<br>ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ<br>ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ<br>ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6χ12cm ΚΑΙ STERI-DRAPE ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6cm ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ<br>ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ, ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΗΨΗ | **30**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **5893**<br>ΠΑΚΕΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:<br>1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Χ 55 ΕΚ.<br>4 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ<br>1 ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 78Χ44ΕΚ.<br>2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Χ 75 ΕΚ.<br>1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 183Χ183 ΕΚ. | **36**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **34750**<br>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΕΥΘΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML<br>ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ | **20**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **40589**<br>ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ 15GR | Υδροενεργητικό τζελ με ενυδατικούς παράγοντες σε συσκευασία 15gr +/-5gr | **20**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **40763**<br>ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ TERUMMO STIFF ΜΗΚΟΥΣ 150CM - **ΑΚΡΟ ΕΥΘΗ** ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΕ 3CM | TERRUMO STIFF TYPE ΑΠΟ NITINOL ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΑΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΜΗΚΟΣ 150cm 0,035. ΜΕ ΑΚΡΟ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΕ 3cm ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. | **15**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |

| | | |
|---|---|---|
| **40764**<br>ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ TERUMMO STIFF ΜΗΚΟΥΣ 150CM - **ΑΚΡΟ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ** ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΕ 3CM | TERRUMO STIFF TYPE ΑΠΟ ΝΙΤΙΝΟL ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΑΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΜΗΚΟΣ 150cm 0,035. ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΕ 3cm ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. | **5**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **42551**<br>ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ.<br>ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΧΗΜΙΚΗ Η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ. | **150**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **45251**<br>ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ POTTS-SMITH ΠΕΡΙΠΟΥ 21CM | ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ POTTS-SMITH ΠΕΡΙΠΟΥ 21CM | **4**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| **45622**<br>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ | **ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΑΡΥΓΓΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ**<br>Εξωτερική διάμετρος: 3.2 mm<br>Μήκος εργασίας: 300 mm<br>Οπτική γωνία: 09<br>Ευρυγώνιος φακός: 800<br>Βάθος πεδίου: 3-50 mm<br>Γωνίωση: 130 πάνω, 100 κάτω | **1**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ |
| **45623**<br>ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ | Η συσκευή να συνοδεύεται από:<br>Σετ θηλών όλων των μεγεθών.<br>Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ<br>Πρόγραμμα Η/Υ.<br>Τόνος 226Hz.<br>Reflex IPSI 500Hz-4000Hz.<br>Reflex CONTRA 500Hz-4000Hz.<br>DECAY Test.<br>Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος. | **1**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ |
| **45264**<br>ΠΛΕΓΜΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΡΟΛΑΚΤΟΝΗ 30Χ15CM | Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης αποτελούμενο από 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% από πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο).<br>Ελαφρύ πλέγμα ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτό από το σώμα, βάρος ανά μονάδα επιφάνειας, μετά από απορρόφηση 28 g / m2.<br>Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm.<br><br>Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα γιαάνεση των ασθενών. | **2**<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ |

| | | |
|---|---|---|
| | Να μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. | |
| **45627**<br>ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ | 1. Σχεδιασμένο για τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων<br>2. Ασφαλές κλείσιμο<br>3. Να φέρει ειδική σήμανση<br>4. Εξωτερική θήκη για έγγραφα ή έντυπα<br>5. Διαφανές για οπτικό έλεγχο του περιεχομένου<br>6. Συμβατό με σωληνάρια και δοχεία κλινικών δειγμάτων<br>7. Κατάλληλο για χρήση σε εργαστήρια, νοσοκομεία και υπηρεσίες μεταφοράς ιατρικών δειγμάτων<br>8. Διαστάσεων από 15- 20 (μικρή πλευρά) Χ 20 - 25 (μεγάλη πλευρά) εκατοστά. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

**Δείγματα : Να αποσταλούν.**

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

**Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18 /11/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

**ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion

Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία Κεχλιμπάρης Γεώργιος Κοσμίδου Ζωή